



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 lipca 2014 r.



AG-ZP.3320/ 31/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy w pakiecie 5 Zamawiający dopuści autorefraktometr o poniższych parametrach:

Specyfikacja

Pomiar zdolności załamywania

Sferyczna zdolność załamywania (S)

Zakres pomiarowy - 25.00 D do + 22D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D/ 0.12 D/ 0.25 D

Cylindryczna zdolność załamywania (C)

Zakres pomiarowy 0 D do ± 10.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D/ 0.12 D/ 0.25 D

Astygmatyzm osiowy (A)

Zakres pomiarowy 0° do 180°

Jednostka wyświetlania 1°

Pomiar krzywizny rogówki (K1, K2, AVG)

Zakres pomiarowy 5.00 mm do 11.00 mm/ 30.68 D do 67.50 D (n = 1.3375)

Jednostka wyświetlania 0,01 mm

Astygmatyzm rogówkowy/ OŚ (C, A)

Zakres pomiarowy (C) 0 D do 10 D (n = 1.3375)

Zakres pomiarowy (A) 0° do 180°

Obszar pomiaru – rogówka ϕ 3.0 mm (przy krzywiznie rogówki 8.00 mm)

Zakres PD 50 mm do 86 mm

Minimalna średnica źrenicy ϕ 2.0 mm

Odległość wierzchołkowa 0 mm – 16.00 mm

Jednostka główna

Wbudowana drukarka Drukarka termiczna

Wyjście RS 232 C

Wyświetlacz kolorowy wyświetlacza LCD 5,7"

Podkładka pod brodę sterowana elektr.

Certyfikat nr 0092/2012
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 31/14- Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ

Wymiary i wymagania elektryczne Wymiary SGW 297 x 500 x 448 mm

Waga ok. 17 kg
Napięcie 100 VAC do 240 VAC
Częstotliwość 50/60 Hz
Pobór energii 80 VA do 100 VA

Wyjaśnienie: Nie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **21 lipca 2014 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **21 lipca 2014 r. godz. 12:00**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek