



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 lipca 2014 r.



AG-ZP.3320/ 32/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę, wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego, przelotowego z wyposażeniem oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytania dot. formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”:**

**Pytanie dot. pkt. 1:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy o prostokątnej komorze o objętości użytkowej 112 litrów?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. pkt. 2:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy z komorą wykonaną z aluminium?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. pkt. 6:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy o potwierdzonych osiągnięciach sterylizacyjnych dla elastycznych przewodów, których światło przewodu wynosi 1 mm i długość min. 2000 mm oraz metalowych elementów, których światło przewodu wynosi 1 mm i długość min. 500 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. pkt. 9:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy o stężeniu nadtlenku wodoru 58%?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. pkt. 10:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy o stężeniu dozowanego nadtlenku wodoru w procesie sterylizacji nie mniejszym niż 95%?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zapisów SIWZ:**

Prosimy o doprecyzowanie czy wymagane referencje powinny dotyczyć modelu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AG-ZP.3320/ 32/14- Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWAŻNIENIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

sterylizatora niskotemperaturowego oferowanego w toczącym się postępowaniu, czy też zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu sterylizatora, który nie został jeszcze wprowadzony na polski rynek?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ.

#### 1. Zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamiast: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

(...)

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

- muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację jednej dostawy sprzętu do sterylizacji niskotemperaturowej o wartości dostawy co najmniej 160 000 zł.”

jest: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

(...)

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

- muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację jednej dostawy sprzętu do sterylizacji niskotemperaturowej wprowadzonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wartości dostawy co najmniej 160 000 zł.”

#### 2. Zmianie ulegają Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.:

Zamiast: „Wykaz wykonanej jednej dostawy sprzętu do sterylizacji niskotemperaturowej o wartości dostawy co najmniej 160 000 zł., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie”

jest: „Wykaz wykonanej jednej dostawy sprzętu do sterylizacji niskotemperaturowej wprowadzonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wartości dostawy co najmniej 160 000 zł., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie”.

#### **Pytanie dot. parametrów technicznych:**

Czy zamawiający dopuszcza sterylizator z układem dozowania czynnika sterylizującego, do którego czynnik jest dostarczony w nabojach, które nie są hermetycznie zamknięte?

**Wyjaśnienie:** Nie, wkład z czynnikiem sterylizacyjnym powinien być przy dostawie hermetycznie zamknięty.

**Pytanie dot. parametrów technicznych:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający dopuści naboje z czynnikiem sterylizującym na minimum 14 cykli o dacie ważności po zainstalowaniu w urządzeniu 10 dni?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza naboje z czynnikiem sterylizującym na min. 14 cykli o dacie ważności po zainstalowaniu w urządzeniu min. 30 dni.

**Pytanie dot. parametrów technicznych:**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z czynnikiem sterylizującym dostarczonym w opakowaniach zbiorczych pozwalających na przeprowadzanie min. 40 cykli sterylizujących?

**Wyjaśnienie:** Nie, opakowanie zbiorcze transportowe producenta na maks. 20 cykli z datą ważności po dostarczeniu na min. 6 miesięcy.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji na co najmniej 5 dni roboczych?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, z uwagi na konieczność sprowadzania części spoza Unii Europejskiej, na wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski na 15 dni roboczych?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **18 lipca 2014 r. godz. 11:00**

- nowy termin wniesienia wadium to **18 lipca 2014 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **18 lipca 2014 r. godz. 12:00**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek