



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu<sup>®</sup>**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04 lipca 2014 r.

AG-ZP 3320/33/07029/14

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamicznej. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃLA  
PIERSIA

1. Zadanie 17: Czy zamawiający dopuści balony o długości 12, 15, 18 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

tel. Centrala  
84 6773333

2. Zadanie 17: Czy zamawiający dopuści dostarczanie 1 szt. próbek. Asortyment w zadaniu 17 jest stosunkowo droгим asortymentem, a w celu sprawdzenia jakości produktu w stanowczości wystarczy jedna sztuka.

tel. Sekretariat  
84 6773300

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ

Fax  
84 6386669

3. Zadanie 30 – zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej hydrofilnej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie omyłki pisarskiej? Jest: Igła prosta metalowa 7 cm, 20-21F. Powinno być: Igła prosta metalowa 7 cm, 20-21G.

www.  
szpital.zam.pl

Wyjaśnienie: Tak. Obowiązujący zapis ma brzmienie: „Igła prosta metalowa 7 cm, 20-21G”

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 30 zestawów wprowadzających do tętnicy promieniowej z przewodnikami prostymi 0.018 (cala).

NIP  
922-22-92-491

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek