



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 9 lipca 2014 r.



AG-ZP.3320/ 37/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonania gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści monitorowanie ilości oznaczeń pozostałych do wykonania z kartridża zamiast monitorowania poziomu odczynników?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza monitorowanie ilości oznaczeń pozostałych do wykonania z kartridża zamiast monitorowania poziomu odczynników.

Pytanie:

Czy zamawiający w związku z parametrem: „System pracujący na wielotestowych kartridżach zawierających odczynniki, kalibratory oraz zbiornik na ścieki. Elektrody umieszczone w kartridżu lub poza nim całkowicie bezobsługowe” wymaga analizatorów bezobsługowych tzn. niewymagających wymiany przez personel szpitalny/ laboratoryjny jakichkolwiek części aparatu w tym zaworów, węży pompki perystaltycznej (niezależnie od tego czy znajdują się one w wymienialnych modułach czy też wymieniane byłyby pojedynczo) itp. a jedynymi elementami wymienialnymi mają być wyszczególnione powyżej odczynniki, kalibratory, zbiornik na ścieki oraz elektrody?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga, aby jedynymi elementami wymienialnymi przez personel szpitala były kartridże zawierające odczynniki, kalibratory i pojemniki na ścieki oraz elektrody (jeśli umieszczone są poza kartridżem).

Pytanie:

W punkcie I „Opis przedmiotu zamówienia, Wymagane parametry analizatorów” pkt. 9 zamawiający wymaga: „Aparaty nie starsze niż 2012 r.” natomiast w projekcie umowy §1 pkt 2 zamawiający wymaga: „Sprzedający gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Oba powyższe wymagania wykluczają się. Prosimy o wyjaśnienie, które wymaganie jest obowiązujące.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez wykonawcę analizatora nie starszego niż 2012 r. produkcji, używanego, § 1 ust. 2 otrzyma brzmienie: „Sprzedający gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe (za wyjątkiem analizatora) i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ”.

Certyfikat nr 0092/2012
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERŚNIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Jednocześnie Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany zapisów SIWZ. Zamiast „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 14 kwietnia 2014 r., o godz. 12⁰⁰, sala nr 210” jest „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 14 lipca 2014 r., o godz. 12⁰⁰, sala nr 210” .

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec