



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 sierpnia 2014 r.

AG-ZP 3320/47/08548/14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

1. Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 komplet składający się z: 1 płytki potylicznej mocowanej za pomocą 4 śrub potylicznych lub 2 specjalnych zacisków potylicznych mocowanych za pomocą 2 śrub potylicznych każdy, 6 śrub szyjnych, 4 haków laminarnych, 2 podłużnych prętów. System umożliwi stabilizację przestawową segmentu C1/C2 kręgosłupa za pomocą 2 śrub korowych.

Wyjaśnienie: Tak.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

2. Czy zważywszy na małą liczbę implantów (Zadanie nr 1) przewidywanych do zużycia w przeciągu roku zamawiający zezwoli na dosyłanie kompletnego zestawu narzędzi razem z bankiem implantów, każdorazowo przed planowanymi zabiegami. Zamawiający informowałby wykonawcę np. telefonicznie lub faxem na dwa dni przed planowanymi operacjami.

Wyjaśnienie: Tak.

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

3. Czy zamawiający w Zadaniu nr 2 zezwoli na dosyłanie zestawu narzędzi wraz z kompletem linek, każdorazowo przed planowanymi zabiegami, powiadamiając wcześniej (2 dni przed) wykonawcę o planowanym zabiegu.

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem powiadomienia o planowanym zabiegu wykonawcy na 1 (jeden) dzień przed zabiegiem w przypadkach pilnych.

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek