



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 sierpnia 2014 r.

AG-ZP 3320/49/08547/14

Certyfikat nr 0019/2011 ISO 9001 : 2008 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0020/2011 ISO 14001 : 2011 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo

Certyfikat nr 0022/2011 PN-N-18001 : 2004 zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu

Certyfikat nr 0021/2011 ISO 27001 : 2005 nieograniczonego na dostawę autorefraktometru. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

Certyfikat nr 0023/2011 HACCP 1. Czy zamawiający dopuści autorefraktometr, który wykonuje pomiar oczu pseudofakijnych bez przełączania w tryb IOL i nie posiada takiego trybu, posiada za to tryb pomiaru dla pacjentów z zaćmą?



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie: Tak.

2. Prosimy o potwierdzenie, że parametry techniczne i użytkowe opisane w punktach 4, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 należy rozumieć jako wymagania minimalne, a nie jako wymagane (tzn. urządzenie może posiadać lepsze parametry niż wymienione).

Wyjaśnienie: Parametry techniczne i użytkowe w wymienionych powyżej punktach należy rozumieć jako wymagania minimalne, urządzenie może posiadać lepsze parametry niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Pkt. 2 oraz 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające pomiaru średnicy rogówki?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści znak cylindra „+” oraz „-” ?

Wyjaśnienie: Tak.

5. Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru sfery przy VD=12-22D do +30D; przy VD= 0-30D do +22D?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek