



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 sierpnia 2014 r.



AG-ZP.3320/ 49/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę autorefraktometru. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści autorefraktometr z zakresem pomiaru PD: 50 – 86 mm, przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Jednocześnie, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **26 sierpnia 2014 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **26 sierpnia 2014 r. godz. 12:00**



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek