



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 sierpnia 2014 r.



AG-ZP.3320/51/08706/14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIGNIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 51/14 - Wyjaśnienie treści SIWZ

workiem i igłą do płynu płuczącego – 3 700 sztuk, poz. 2 Igły do HD tętnicze – 3 700 szt., poz. 3 igły do HD żyłne – 3 700 szt.) ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13 sugeruje, iż zestawy (tj. dren tętniczy i żylny, worek i igła do płynu płuczącego oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu tętniczego i żylnego wraz z workiem i igłą do płynu płuczącego pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym oraz igieł do hemodializy żylnych i tętniczych pakowanych osobno i wycenionych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 dreny tętnicze i żyłne z workiem i igłą do płynu płuczącego – 1 100 sztuk, poz. 2 Igły do HD tętnicze – 1 100 szt., poz. 3 igły do HD żyłne – 1 100 szt.) ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy par. 2 ust. 2:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji wnioskujemy o wykreślenie zapisu par. 2 ust. 2 wzoru umowy: „Sprzedający koncentraty do hemodializy jest zobowiązany do odbioru pustych kanistrów po koncentratkach przy realizacji kolejnej dostawy”. Wniosek ten jest podyktowany aktualnym stanem prawnym – Wykonawca zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2014r. Nowej ustawy o gospodarce opakowaniami nie ma już obowiązku przyjmowania opakowań po produktach, które są przedmiotem niniejszego postępowania /interpretacja MŚ z 07.01.2014/. Wskutek powyższego Wykonawca wnioskuję jak w pytaniu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny do Citrosteril o takim samym działaniu i przeznaczeniu zawierający w 100 g – 22,5 g kwasu cytrynowego, kwas jabłkowy i kwas mlekowy ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23:

Prosimy o wyjaśnienie jakie paski testowe zamawiający wymaga ?

Wyjaśnienie: Zaoferowanie pasków testowych na obecność środka dezynfekcyjnego nie jest konieczne.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 2 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi

wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 3 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 4 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 5 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 6 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 7 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 8 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 9 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 10 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 12 sugeruje, iż zestawy (tj. linie tętnicza i żylna, worek oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii tętnicznej i żylnych wraz z workiem pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym i igieł do hemodializy pakowanych osobno i wycenianych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 linie tętniczne i żylny z workiem – 3 700 szt. i igły do HD 7 400 szt.) ?

Wyjaśnienie: Tak. Nadmieniamy, iż w skład zestawu w zadaniu nr 12 wchodzi również igły do płynu płuczącego.

Pytanie:

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13 sugeruje, iż zestawy (tj. linie tętnicza i żylna, worek oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii tętnicznej i żylnych wraz z workiem pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym i igieł do hemodializy pakowanych osobno i wycenianych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 linie tętniczne i żylny z workiem – 1 100 szt. i igły do HD 2 200 szt.) ?

Wyjaśnienie: Tak. Nadmieniamy, iż w skład zestawu w zadaniu nr 13 wchodzi również igły do płynu płuczącego.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 12 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 13 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 16 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Ze względu na brak w ofercie igieł do dializ 18G prosimy o dopuszczenie zestawu, w skład którego wchodzi igła A i igła V o rozmiarach do wyboru z: 14G, 15G, 16G, 17G.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Pytanie dot. zadania 23:

Ze względu na brak wymogu sprawdzania paskami testowymi pozostałości/obecności citrosterilu po dezynfekcji aparatu nerkowego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie samego citrosterilu bez pasków testowych w pakiecie 23.

Wyjaśnienie: Zaoferowanie pasków testowych na obecność środka dezynfekcyjnego nie

jest konieczne.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie środka dezynfekcyjnego Puristeril 340 w opakowaniach handlowych 8,8 L ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, przeznaczonego do specjalistycznej dezynfekcji z jednoczesnym czyszczeniem oraz usuwaniem twardych osadów (odkamenianie) w obwodach urządzeń do hemodializy, o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej (B, Tbc, F, S, V), o krótkim czasie działania, zapobiegającego tworzeniu się biofilmu, zawierającego substancje chroniące przed korozją, na bazie nadtlenu wodoru, kwasu octowego, w postaci gotowej do wykorzystania (proporcje są obliczane automatycznie i preparat jest rozcieńczany przez urządzenie), w opakowaniach 5 kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań ?

Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5 kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie ogólne:

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę) ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie określa ilości opakowań środków dezynfekcyjnych w celu umożliwienia złożenia oferty przez Wykonawców dysponujących różnymi wielkościami opakowań. Jeżeli po przeliczeniu wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia ilości litrów na opakowania wychodzi liczba ułamkowa, należy ilość oferowanych opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie dot. zadania 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie i wycenę w zadaniu 6 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową o współczynniku ultrafiltracji własnej (Kuf) 13,7 ml/h mmHg i klirensie przy przepływie krwi 300 ml/min i ultrafiltracji 0 obliczonym dla mocznika nie mniejszym niż 258 ml/min, fosforanów 198 ml/min ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie i wycenę w zadaniu 8 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polisulfonową o współczynniku ultrafiltracji własnej (Kuf) powyżej 50 ml/h mmHg i klirensie przy przepływie krwi 300 ml/min i ultrafiltracji 0 obliczonym dla mocznika nie mniejszym niż 253 ml/min, fosforanów 229 ml/min, wit. B12 168 ml/min ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów oryginalnych drenów do aparatów nerkowych DIALOG wyposażonych w dren tętniczy i żylny oraz worek w

komplecie oraz igłę spike i igły do hemodializ żyłne i tętnicze pakowane osobno ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 19:

Czy Zamawiający w zad. 19 dopuści zestaw najwyższej jakości o średnicy 12Fr i długości max. 20 cm ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w zad. 20 dopuści zestaw najwyższej jakości o ogólnie przyjętej średnicy 15Fr i długości wprowadzania od 19 do 50 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Jednocześnie, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 24. **Obowiązujący po zmianie opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 24 ma brzmienie: „1. Środek do dezynfekcji aparatów nerkowych i stacji uzdatniania wody z paskami testowymi – Steridial Forte lub środek równoważny – 360 litrów. Paski testowe – 180 sztuk. Jako środek równoważny rozumie się środek dezynfekcyjny o identycznym jak Steridial Forte składzie chemicznym i procentowym.”**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie i są wiążące.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek