

Zamość, dnia 26 września 2014 r.

AG-ZP.3320/ 52/ / 14

Dotyczy: Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu endoskopowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 3 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie samorozprężalnego stentu nitinolowego do dróg żółciowych wykonanego z cienkiego plecionego drutu nitinolowego (o pojedynczej lub podwójnej wielkości oczek siatki) w wersji pokrywanej i niepokrywanej o średnicach 8 i 10 mm i długościach 4, 6, 8, 10 cm, długość introducera 180 cm, ze złotymi markerami na obu stronach stentu i na środku, widocznymi w RTG, z systemem aplikacji umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu (uchwyt standardowy, niepistoletowy), bez możliwości wycofania stentu do aplikatora, aplikator posiada znaczniki radiologiczne i graficzne znaczniki dla kontroli stopnia uwolnienia stentu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy zamawiający zmodyfikuje zadanie 3 i utworzy z niego dwa podzadania: nr 3a dla pozycji nr 1, nr 3b dla pozostałych pozycji 2 lub dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje zadania, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty na pozycję nr 1?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 1 i 2:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie stentów samorozprężalnych nitinolowych do przetyku, w tym do zmian łagodnych, w wersji całkowicie pokrywanej z dwóch stron (silikonem i silikonem i e-PTFE w zależności od wersji na zewnątrz i wewnątrz), z 8 cieniodajnymi, złotymi znacznikami na końcach i na środku stentu (3+2+3), „lassami” na obu końcach stentu (dostępna wersja z zastawką antyreflukcyjną i jednym lassem), posiadające kołnierze antymigracyjne na końcu dystalnym i proksymalnym (kołnierz posiada dwie średnice: mniejszą i większą), długości stentu: 90, 110, 130, 150, 170 mm, średnice stentów dla trzonu stentu: 16, 18, 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, z zestawem wprowadzającym 18 Fr, współpracujący z przewodnikiem 0,035”, uchwyt standardowy, niepistoletowy, bez możliwości repozycji po uwolnieniu stentu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 3:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie stentu samorozprężalnego nitinolowego do dwunastnicy i żołądka o średnicach 18, 20, 22 i 24 Fr, długościach 6, 9, 10 cm, pokrywanych silikonem, dopasowujący się do autonomicznych krzywizn, system uwalniania standardowy (niepistoletowy, bez możliwości chowania stentu do koszulki,

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

cewnik prowadzący 10 Fr)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 1 poz. 1 do odrębnego pakietu np. 1A.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 11 poz. 1 i 2 do odrębnego pakietu np. 11A.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 13 poz. 1 i 2 do odrębnego pakietu np. 13A.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 14 poz. 1 i 6 do odrębnego pakietu np. 14A.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 18 poz. 1, 3 do odrębnego pakietu np. 18A.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający w zadaniu 1 poz. 2B dopuści zestawy do przezskórnej gastrostomii bez środka dezynfekcyjnego (reszta parametrów bez zmian), oraz czy wydzieli pozycje 2A i 2B do innego pakietu, tak aby na pakiet mogły startować więcej niż jedna firma?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy zamawiający w zadaniu 2 dopuści dopuści stenty o dł. 6, 9, 12 cm, oraz inny system uwalniający (nie pistoletowy), tak aby na pakiet mogły wystartować więcej niż jedna firma?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy zamawiający w zadaniu 3 dopuści dopuści stenty żółciowe nie posiadające pistoletowego systemu uwalniania, reszta parametrów bez zmian, pozwalający zamawiającemu na wykonanie dokładnie takiej samej procedury (brak klinicznego uzasadnienia użycia uchwytu pistoletowego), tak aby na pakiet mogły wystartować więcej niż jedna firma?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy zamawiający wydzieli poz. Nr 2 z zadania nr 3 i utworzy z niej osobny pakiet?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający dopuści klipsownicę o szerokości rozwarcia ramion 11 mm, dł. 235 cm – reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wydzielili poz. Nr 3 z zadania nr 4 i utworzy z niej osobny pakiet?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 poz. 1 stenty o dł. 10, 12, 15 cm, posiadające niepistoletowy uchwyt pozwalający na precyzyjną możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, cewnik wprowadzający o grubości 6,17 mm, tak aby na pakiet mogła wystartować więcej niż jedna firma?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 poz. 2 stenty o dł. 10, 12, 15 cm, posiadające niepistoletowy uchwyt pozwalający na precyzyjną możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, cewnik wprowadzający o grubości 6,17 mm, tak aby na pakiet mogła wystartować więcej niż jedna firma? Uchwyt pistoletowy posiada tylko jeden producent i nie ma klinicznego uzasadnienia takiego wyboru. Jeżeli stent będzie stosowany w zwężeniach łagodnych, prosimy o podanie informacji, w jakim czasie może być on usunięty i gdzie ma być zawarta informacja o takiej rejestracji?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

W związku z dostawą osprzętu endoskopowego, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie urządzenia i integracji (podłączenia) oferowanego urządzenia z systemem informatycznym RIS/ PACS zamawiającego na koszt wykonawcy?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy §10 ust. 3:

Prosimy o modyfikację treści wzoru umowy w zakresie §10 ust. 3 polegającą na zagwarantowaniu utrzymania cen netto przez cały okres obowiązywania umowy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej zmiany stawek VAT.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy §2 ust. 4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zadania 13 pkt 1:

Prosimy o weryfikację i ewentualnie zmodyfikowanie omyłki pisarskiej polegającej na podaniu wartości długości igły 0,6 - 0,8 mm zamiast średnicy wynoszącej odpowiednio 0,6 – 0,8 mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dokonuje zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 13 poz. 1 na: „1. Gastroskopowy zestaw 6 igieł do ostrzykiwania jednorazowych i 1 metalowa, zewnętrzna osłona; średnica igły 0,6 - 0,8 mm, długość robocza narzędzia 160 - 165 cm, osłona ma mieć możliwość sterylizacji w autoklawie, współpracująca z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8 mm – **10 szt.**”.

Pytanie dot. zadania 18 pkt 2:

Czy zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopu dwustronne o średnicach włosa 5 i 10 mm, o długości 230 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 18 pkt 3:

Czy zamawiający dopuści wielorazowe szczoteczki do mycia endoskopów, zakończone kulką, średnica szczoteczki 2,4 mm, do kanału $\geq 2,4$ mm, długość 230 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 19 pkt 1:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie jednorazowej pętli do polipektomii owalnej, długość robocza 230 cm, średnica 2,4 mm, do kanału 2,8 mm, rozmiar (średnica) pętli do wyboru: 10, 20, 30 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 21:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie kleszczy biopsyjnych standardowych łyżeczki owalne z otworami, długość 170 cm, średnica 2,4 mm, do kanału min. 2,8 mm, wielorazowe?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14 pkt 1:

Czy zamawiający w miejsce poz. 1 „koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowy, średnica 20 mm, drut średniotwardy” dopuści „koszyk ośmioramienny, druk miękki”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 14 poz. 1 tiret 1: z: „- koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowy, średnica 20 mm, drut średniotwardy - 30 szt.”. na „koszyk ośmioramienny, druk miękki”, pozostałe parametry i ilości bez zmian.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec