



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu[®]**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 09 października 2014r.

AG-ZP3320/52/ /14

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę osprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1 dot. zadania nr 12 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Zestaw był kompatybilny z endoskopem Olympus GIF – Q190?

Wyjaśnienie:

Tak

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 2 dot. zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 – szczypce biopsyjne o następującej charakterystyce: szczypce jednorazowego użytku z ząbkami i okienkiem do kanału roboczego 2,8 mm pokryte osłonką teflonową o długości 1550 mm i 2300 mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 3 dot. zadania nr 15 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez trzustkowych o następującej charakterystyce: rozmiar 7 Fr, dostępne długości 20, 40, 60, 80 mm (wg potrzeb Zamawiającego)?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 4 dot. zadania nr 4

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 4 w pozycji 3 niepokrytych silikonem samorozprężalnych stentów nitinolowych do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i

Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Postępowanie AGZP3320/52/14

żołądka, dopasowujących się do anatomicznych krzywizn. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium.

Obowiązujące terminy to:

termin składania ofert upływa dnia **05 listopada 2014r godz. 11:00**

termin otwarcia ofert upływa dnia **05 listopada 2014r godz. 12:00**

termin wnoszenia wadium upływa dnia **05 listopada godz. 11:00**

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.

lek. med. Andrzej Mielcarek

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu