



URS is a member of Registrar of Standards (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Zamość dnia 13 listopada 2014r.

AG-ZP3320/61/ /14

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 1 dot. treści SIWZ

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o przygotowanie formularzy cenowych i opublikowanie ich na stronie internetowej. Rozwiązanie takie pozwoli na ujednoczenie formularzy cenowych, a tym samym na uniknięcie omyłek przez Wykonawców oraz ułatwi Zamawiającemu badanie złożonych ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w SIWZ na str. 7 wskazał w jaki sposób powinien być sporządzony formularz cenowy, natomiast we wzorze umowy § 5 ust. 3 wskazał co powinny zawierać ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z tymi wskazówkami i zapisami wykonawca powinien sporządzić formularz cenowy.

Pytanie 2 dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający dla gazów medycznych z zadań nr 1, 2, 3, 4, 7 wymaga kart substancji chemicznej/niebezpiecznej czy kart charakterystyki produktu leczniczego

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 7 kart charakterystyki produktu leczniczego.

Pytanie 3 dot. zadania 5

Proszę o doprecyzowanie, czy w zadaniu 5 Zamawiający wymaga dostarczenia dwutlenku węgla medycznego, czy tak jak dotychczas dwutlenku węgla w butli

syfonowej pasującej do aparatu Cryo – T duok, nie będącego jednak wyrobem medycznym? W przypadku wymagania dwutlenku węgla w butli syfonowej pasującej do aparatu Cryo – T duok, nie będącego wyrobem medycznym, proszę o wykreślenie w rozdziale II, Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego i inne dokumenty, pkt. 4, fragmentu „dot. zadania 5 i 6”.

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że również asortyment z zadania nr 6 również nie jest wyrobem medycznym, a tym samym nie podlega Ustawie o Wyrobach Medycznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dwutlenku węgla w butlach 10 litrowych z zaworami „syfon” pasujące do aparatu Cryo – T duo – CO2 o czystości co najmniej 99,8 % oraz musi być dołączony do każdej dostawy atest czystości.

Zamawiający informuje również, że przedmiot zamówienia oferowany w zadaniu nr 5 i 6 nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, w związku z powyższym dla oferowanego przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 i 6 nie są wymagane dokumenty tj: deklaracja zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej oraz zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa URPLW MiPB.

Pytanie 4 dot. wzoru umowy

Proszę o określenie w treści Umowy § 2 pkt. 6, terminu zwrotu użyczonych butli, poprzez zmianę poniższego fragmentu:

„Po zakończeniu obowiązywania umowy, bądź jej rozwiązania w inny sposób, użyczone butle zostaną zwrócone Sprzedającemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej Eksploatacji.”

Na zapis:

„Po zakończeniu obowiązywania umowy, bądź jej rozwiązania w inny sposób, użyczone butle zostaną zwrócone Sprzedającemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej Eksploatacji w terminie do 30 dni.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy § 2 pkt. 6. Obowiązująca treść § 2 pkt. 6 brzmi: „Po zakończeniu obowiązywania umowy, bądź jej rozwiązania w inny sposób, użyczone butle zostaną zwrócone Sprzedającemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej Eksploatacji w terminie do 30 dni”

Pytanie 5 dot. zadania 7

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie podtlenku azotu w butlach o pojemności wodnej 10 l i zawartości 7,5 kg z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu? Ilość butli wyliczona z zaokrągleniem „w górę”.

$1300 \text{ butli} \times 7 \text{ kg} = 9100 \text{ kg podtlenku azotu}$

$9100 \text{ kg} / 7,5 \text{ kg} = 1213,3333 = 1214 \text{ butli}$

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert,

z zachowaniem zasady o uczciwej konkurencji.

Wyjaśnienie:

Tak.

*lek med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*