



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 stycznia 2014 r.

AG- ZP 3320/75/ /13/14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARDIOLOGII

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Zadanie 2 - Kardiomonitor – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym respiracja mierzona jest z elektrod EKG, jednak bez możliwości wyboru odprowadzenia do monitorowania? Elektrody na podstawie których wyznaczony jest parametr, są zdefiniowane na stałe.

Wyjaśnienie: Tak.

2. Zadanie 2 – Kardiomonitor – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym trendy dostępne są tylko w formie tabelarycznej? Zaletą oferowanego urządzenia są trendy wyznaczane w czasie aż do 72 h.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie 2 – Kardiomonitor – 2 szt. Czy Zamawiający wymaga wyświetlacza LCD z aktywną matrycą o przekątnej ekranu min. 11” i wysokiej rozdzielczości? Większy ekran zapewnia czytelny podgląd do 8 monitorowanych parametrów jednocześnie.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie 1: Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości podłączenia do posiadanych przez Szpital przetworników typu Edwards?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie 1: Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez złącza USB, jednak ze złączem kart SD?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

6. Zadanie 1: Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez mocowania do aparatu do znieczulania ogólnego?

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Wyjaśnienie siwz AG-ZP 3320/75/13/14

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

7. Zadanie 1: Kardiomonitory z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Czy Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor wyposażony był w wyliczanie dawki leków dla pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

8. Zadanie 2: Kardiomonitor – 2 szt. Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w analizę HRV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek