



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 stycznia 2014 r.

AG- ZP 3320/75/ /13/14

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitörów. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP

1. Zadanie nr 1. Pkt. 12 Czy Zamawiający wymaga paramagnetycznego pomiaru O2?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃLA  
PIERSIA

2. Zadanie nr 2. Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z przekątną ekranu 7”?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie nr 2. Pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści cicho pracujący kardiomonitor z wentylatorem?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

4. Zadanie 1: Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Dot. Pkt. 7 Czy ze względu na zastosowanie monitora w warunkach sali operacyjnej, Zamawiający będzie wymagał, aby jego obsługa realizowana była przez klawisze sprzętowe i pokrętko wielofunkcyjne? Jest to typowe rozwiązanie stosowane przez wielu producentów sprzętu.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

www.  
szpital.zam.pl

5. Zadanie 1 – Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Dot. Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości pracy serca w zakresie 30 – 300bpm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

6. Zadanie 1 – Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł pomiaru gazów anestetycznych: - pozwalał na pomiary dla objętości oddechowej 5-2000ml; - przeprowadzał pomiar w technologii podczerwieni dla wszystkich mierzonych gazów anestetycznych CO2 i N2O (dla wartości wdechowych i końcowo – wydechowych); - zapewniał poprawną pracę przy prędkościach próbkowania 120ml/min ( $\pm 20$ ml/min); - umożliwiał pomiar MAC i MACage; - połączony był z urządzeniem trwałym, niewrażliwym na zakłócenia złączem elektrycznym w gnieździe modułów?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

7. Zadanie 1 - Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dla ułatwienia obsługi, wszystkie gniazda akcesoriów

posiadały kodowanie kolorem tożsame z wtykiem odpowiedniego okablowania (w celu łatwiejszej identyfikacji złącza, bez konieczności odczytywania nadrukowanych oznaczeń)?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

8. Zadanie 2 - Kardiomonitor – 2 szt. Dot. Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowe (nie wykorzystywane do demonstracji), nigdy nie używane, oryginalnie zapakowane urządzenia wyprodukowane w grudniu 2011? Urządzenia te posiadają identyczną budowę, oprogramowanie i wyposażenie jak urządzenia produkowane w chwili obecnej oraz objęte są identycznymi warunkami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ

9. Zadanie 2 – Kardiomonitor 2 szt. Dot. Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze <7kg, z większym wyświetlaczem 10,4” oraz możliwością wyświetlenia większej ilości przebiegów dynamicznych jednocześnie (6)?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający wymaga aby akcesoria monitorów w pakiecie 1 i 2 były ze sobą naprzemiennie kompatybilne?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych w §6 ust. 1 na 0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych w §6 ust. 3 na 0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **04 lutego 2014 r. godz. 10,00**
- termin otwarcia ofert - **04 lutego 2014 r godz. 11,00.**

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana następująco „Przetarg nieograniczony – dostawa, instalacja i uruchomienie kardiomonitorów. Zadanie nr ..... Nie otwierać przed 04 lutego 2014 r godz. 11:00”.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek