



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2014-03-20

AOT-İK 2121-2/125/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie przeglądu okresowego rezonansu magnetycznego 1,5 T Achieva Nova Dual prod Philips wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

W związku z „Zaproszeniem do złożenia oferty na przegląd rezonansu Achieva 1.5” chcieliśmy poinformować, iż producent tego aparatu, ze względu na jego złożoność, przewidział dwuletni cykl przeglądowy. Producent wyznaczył 6 przeglądów technicznych w okresie 2 lat.

W każdym przeglądzie wykonywane są inne czynności mające na celu odpowiednią konserwację i podstawowe minimum prac, zapewniających możliwie długą bezawaryjną, a przede wszystkim bezpieczną dla personelu i pacjentów pracę.

Po jednorazowym rocznym przeglądzie nie będziemy mieli możliwości wystawienia Państwu certyfikatu sprawności systemu, gdyż nie będziemy mogli przeprowadzić całego cyklu przeglądowego. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem, czy oferta cenowa ma obejmować 3 przeglądy w ciągu roku (bądź 6 w ciągu dwóch lat)?

Ponadto chcieliśmy nadmienić i przypomnieć, iż system rezonansu jest bardzo skomplikowanym urządzeniem pracującym w kooperacji z innymi systemami (klimatyzacja, instalacja wody lodowej). W związku z tym, zalecamy współpracę na podstawie pogwarancyjnej umowy serwisowej. Najbardziej ekonomiczny wariant przewiduje właśnie usługi dokonania przeglądów technicznych w przewidzianych przez producenta interwałach czasowych.

Odpowiedź: Oferta cenowa powinna obejmować 6 przeglądów w ciągu dwóch lat

Dyrektor

*Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek*



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524